

גלאי דליפות גז VOC-PID נישא Phocheck Tiger

| תיאור | פעולה |
|--|------------------------------|
|  <p>כפתורים A&B משמשים לבחירה בין האייקון הימני והשמאלי בחלק התחתון של המסך</p> | <p>שימוש בכפתורי הטייגר:</p> |
|  <p>כפתורים למעלה/ למטה משמשים לדפדוף בתפריטים ולשינוי פרמטרים של המכשיר</p> | |
|  <p>כפתור ה-ENTER משמש לבחירה בתפריטים וכן לכיבוי והדלקת המכשיר</p> | |
|  <p>כפתור ה-ESC משמש ליציאה מתפריט או ביטול בחירה</p> | |
| <p>יש להחליף את הפילטר לאחר כל 100 שעות שימוש (או פחות בסביבה מאובקת או לחה), או כשהפילטרים נראים מלוכלכים כאשר מתבוננים דרך הכיסוי השקוף של הפילטר</p> | <p>החלפת פילטר:</p> |

טק פיקס בע"מ (בטיחות גזים)
טל' 077-700-7531
ת.ד. 10356 ירושלים 91102
www.safe-detect.com

| פעולה | תאור |
|---|---|
| הדלקה/כיבוי | <p>1. להדלקה של הטייגר לחץ על מקש </p> <p>2. לכיבוי לחץ על מקש  במשך 3 שניות רצופות. תאורה תהבהב ויהיה צפצוף עד לכיבוי מלא.</p> |
| תצוגת מסך הטייגר: | <p>1. האייקונים בחלקו העליון של המסך מראים את הסטטוס של הגלאי.</p> <p>2. במרכז הגלאי מופיע בגדול קריאת ריכוז הגז.</p> <p>בחלקו התחתון של המסך מופיעים אייקונים המראים את מצב הדיפדוף של הכפתורים</p> |
| טעינה (עבור מכשיר עם סוללת ליתיום נטענת): | <p>1. הבטח טעינה של לפחות 7 שעות לפני השימוש הראשון</p> <p>2. חבר את המטען לחשמל. תאורה אדומה תראה כי המטען מוכן לשימוש</p> <p>3. תאורה כתומה תראה כי הטייגר במצב טעינה</p> <p>4. תאורה ירוקה תראה כי הטעינה הסתיימה</p> |