

## \*תקציר הפעלה מהיר\*

### לגלאי גז נייד HXG-2d/r לגילוי והתראה על דליפות גז בערכי $\%xLEL$ ו-ppm (חל"מ – למציאת דליפות)

**\*אזהרה** התקציר מיועד כתוספת לספר ההדרכה של SENSIT, אין להפעיל את הציוד ללא הדרכה מתאימה. אסור להעתיק, לצלם אף אחד מן הפרטים/ פריטים במסמך זה\*\*\*



טק-פיקס בע"מ (בטיחות גזים).  
שירות בטלפון: 077-700-7531  
Mail: info@safe-detect.com  
www.safe-detect.com

פעולה	תאור
הדלקה/כיבוי (באוויר צח בלבד)	להדלקה: לחץ לחיצה קצרה על מקש A והמתן עד לסיום תהליך האתחול (כ- 60 שניות שבמהלכו הגלאי מבצע חימום וכיול "0" אוטומטי). הערה: יש להדליק את הגלאי באוויר צח במקום בו אין גזים נפיצים/ רעילים. כאשר מופיע נורית ירוקה (ready) המכשיר מוכן לעבודה! ניתן לבדוק פעולתו, על ידי גז מצית- ללא להבה!!! זהו יתרון נוסף של המכשיר. לכיבוי: לחץ על מקש A והחזק למשך כ- 6 שניות עד להופעת כתובית OFF ואז הרפה.
איפוס "0" אוטומטי (באוויר צח בלבד)	לחץ על מקש C והחזק למשך כ- 5 שניות עד להופעת כתובית CAL במסך (מימין) ואז הרפה, כעת המתן עד השלמת תהליך הכיול. הערה: איפוס "0" אוטומטי יש לבצע אך ורק באוויר צח במקום בו אין גזים נפיצים/או רעילים.
הדלקה/ כיבוי תאורת מסך	לחץ קצרה על "C". שים לב, לחצן זה משמש גם ל- איפוס/ כיול "0".
הפעלת/השתקת תקתוק – לצורך מציאת דליפות.	להפעלת התקתוק ושינוי הקצב: לחץ על לחצן B בתדירות שונה. במידה ונכנסת בטעות ל- CAL, לחץ על כפתור A. עד לחזרה ל"0" – ואז הרפה. הערה: התקתוק מהווה אינדיקציה נוספת (כתוספת לערך הנמדד) לריכוז הדליפה, ככל שריכוז הגז במקום/אביזר הנבדק גדול יותר – קצב התקתוק אמור להיות מהיר יותר.
**התראת סוללה חלשה	כאשר מופיעה כתובית BAT LOW על מסך התצוגה ונורית ירוקה (משמאל) מהבהבת, סימן שהסוללות עומדות להסתיים. ראה ספר הדרכה לפרטים נוספים.
** החלפת בטריות רגילות/ נטענות	שימוש לדגם 2d, 3 בטריות אלקליין מסוג מוכר! ואהוד!! – גודל "C" פשוטות. אסור לערבב בטריות חדשות עם ישנות. בטריות חדשות יספקו עבודה רצופה ל: 40-50 ש"ע.
הערות + תוספות	מכשיר זה – מהווה את ה"בן" הפשוט והנוח, ממשפחת גלאי SENSIT. כדאי ורצוי לבקר באתר החברה וללמוד על האפשרויות הנוספות ועל גזים רעילים / או דליקים באתר האינטרנט שלנו: www.safe-detect.com, המופיע גם בשפה העברית!!!

\*\*\* ללא קבלת אישור בכתב מהחברה הרשומה.